

 <LI style="TEXT-ALIGN: justify">Eseguire un esame audiometrico almeno una volta all'anno; <LI style="TEXT-ALIGN: justify">Pulire sempre accuratamente la protesi acustica in particolare quella endoauricolare per rimuovere ogni possibile detrito in grado di penetrare all'interno dell'apparecchio. Nelle protesi retro auricolari invece necessaria una attenta igiene della parte che entra nel condotto uditivo (la chiocciola di materiale plastico); <LI style="TEXT-ALIGN: justify">Dopo un certo periodo di tempo il condotto uditivo esterno pu' cambiare forma, per cui la chiocciola o la protesi potrebbero uscire frequentemente dal condotto o fischiare. In questi casi necessario consultare il proprio audioprotesista per riadattare la protesi alla nuova condizione; <LI style="TEXT-ALIGN: justify">estremamente importante seguire scrupolosamente i consigli dell'audioprotesista relativamente ai controlli tecnici dell'apparecchio.